

RANKING DO PROCESSO

Prefeitura Municipal de Florânia
Prefeitura Municipal de Florânia
Pregão Eletrônico - 037/2021

0001 - VENTILADOR PULMONAR ELETRÔNICO CONTROLADO POR MICROPROCESSADOR - Para pacientes neonatais, pediátrico e adultos. possuir os seguintes modos de ventilação ou modos ventilatórios compatíveis: ventilação com volume controlado; ventilação com pressão controlada; ventilação mandatória intermitente sincronizada/ ventilação com suporte de pressão; ventilação com suporte de volume; ventilação com fluxo contínuo, ciclado a tempo e com pressão limitada ou modo volume garantido para pacientes neonatais; ventilação em dois níveis; ventilação não invasiva; pressão positiva contínua nas vias aéreas -cpap; ventilação de backup no mínimo nos modos espontâneos; sistema de controles: possuir controle a ajustes para pelo menos os parâmetros com as faixas: pressão controlada e pressão de suporte de no mínimo até 60cmh20; volume corrente de no mínimo entre 5 a 2000ml; frequência respiratória de no mínimo até 100rpm; tempo inspiratório de no mínimo entre 0,3 a 5,0 segundos; peep de no mínimo até 40 cmh20; sensibilidade inspiratória por fluxo de no mínimo entre 0,5 a 2,0lpm; fio2 de mínimo 21 a 100%. sistema de monitorização: tela colorida de no mínimo 12 polegadas touch-screen; monitorização de volume por sensor proximal ou distal para pacientes neonatais e distal para pacientes adultos; principais parâmetros monitorados/calculados: volume corrente exalado, volume corrente inspirado, pressão de pico, pressão de platô, peep, pressão média de vias aéreas, frequência respiratória total e espontânea, tempo inspiratório, tempo expiratório, fio2 com monitoração por sensor para magnético ou ultrassônico ou galvânico, relação i: e, resistência, complacência, pressão de oclusão e auto peep, apresentação de curvas pressão x tempo, fluxo x tempo, volume x tempo, loops pressão x volume e fluxo x volume a apresentação de gráficos com as tendências de no mínimo 60 horas para peep E CONFORME TODAS AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDA NO TERMO DE REFERÊNCIA DESTE EDITAL. | Valor de Referência: 73.922,43

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitario	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
Leistung Equipamentos Ltda	04.187.384/0001-54	R\$ 52.000,00	1	LUFT5 - Reg. nº 80203470015	Leistung/Leistung Equipamentos Ltda	Ltda/Eireli	Não
Bh Laboratorios Ltda	22.283.196/0001-01	R\$ 55.500,00	1	RUAH	CMOS DRAKE	EPP/SS	Sim
Intermed Equipamento Medico Hospitalar Ltda.	49.520.521/0001-69	R\$ 59.400,00	1	IX5	INTERMED	Ltda/Eireli	Não
Magmamed Tecnologia Médica S/A	01.298.443/0002-54	R\$ 68.000,00	1	Fleximag MAX 500	Magnamed	S/A	Não
PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	34.444.108/0001-95	R\$ 73.900,00	1	SERVO CARMEL	KTK	ME	Sim
HOSPITALAB COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS EIRELI	42.211.523/0001-27	R\$ 73.900,00	1	CARMEL	KTK	ME	Sim
SAFE SUPORTE A VIDA E COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA.	08.675.394/0001-90	R\$ 86.157,00	1	SV300	MINDRAY	Ltda/Eireli	Não

