

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Florânia
Prefeitura Municipal de Florânia
Pregão Eletrônico - 037/2021

Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
17/12/2021 11:33	20/12/2021 07:00	27/12/2021 23:59	30/12/2021 08:29	30/12/2021 08:30

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	VENTILADOR PULMONAR ELETRÔNICO CONTROLADO POR MICROPROCESSADOR - PARA PACIENTES NEONATAIS, PEDIÁTRICO E ADULTOS. POSSUIR OS SEGUINTE MODOS DE VENTILAÇÃO OU MODOS VENTILATÓRIOS COMPATIVÉIS: VENTILAÇÃO COM VOLUME CONTROLADO; VENTILAÇÃO COM PRESSÃO CONTROLADA; VENTILAÇÃO MANDATÓRIA INTERMITENTE SINCRONIZADA/ VENTILAÇÃO COM SUPORTE DE PRESSÃO; VENTILAÇÃO COM SUPORTE DE VOLUME; VENTILAÇÃO COM FLUXO CONTÍNUO, CICLADO A TEMPO E COM PRESSÃO LIMITADA OU MODO VOLUME GARANTIDO PARA PACIENTES NEONATAIS; VENTILAÇÃO EM DOIS NÍVEIS; VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA; PRESSÃO POSITIVA CONTÍNUA NAS VIAS ÁREAS -CPAP; VENTILAÇÃO DE BACKUP NO MÍNIMO NOS MODOS ESPONTÂNEOS; SISTEMA DE CONTROLES: POSSUIR CONTROLE A AJUSTES PARA PELO MENOS OS PARÂMETROS COM AS FAIXAS: PRESSÃO CONTROLADA E PRESSÃO DE SUPORTE DE NO MÍNIMO ATÉ 60CMH20; VOLUME CORRENTE DE NO MÍNIMO ENTRE 5 A 2000ML; FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA DE NO MÍNIMO ATÉ 100RPM; TEMPO INSPIRATÓRIO DE NO MÍNIMO ENTRE 0,3 A 5,0 SEGUNDOS; PEEP DE NO MÍNIMO ATÉ 40 CMH20; SENSIBILIDADE INSPIRATÓRIA POR FLUXO DE NO MÍNIMO ENTRE 0,5 A 2,0IPM; FIO2 DE MÍNIMO 21 A 100%. SISTEMA DE MONITORIZAÇÃO: TELA COLORIDA DE NO MÍNIMO 12 POLEGADAS TOUCH-SCREEN; MONITORIZAÇÃO DE VOLUME POR SENSOR PROXIMAL OU DISTAL PARA PACIENTES NEONATAIS E DISTAL PARA PACIENTES ADULTOS; PRINCIPAIS PARÂMETROS MONITORADOS/CALCULADOS: VOLUME CORRENTE EXALADO, VOLUME CORRENTE INSPIRADO, PRESSÃO DE PICO, PRESSÃO DE PLATÔ, PEEP, PRESSÃO MÉDIA DE VIAS AÉREAS, FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA TOTAL E ESPONTÂNEA, TEMPO INSPIRATÓRIO, TEMPO EXPIRATÓRIO, FIO2 COM MONITORAÇÃO POR SENSOR PARA MAGNÉTICO OU ULTRASSÔNICO OU GALVÂNICO, RELAÇÃO I: E, RESISTÊNCIA, COMPLACÊNCIA, PRESSÃO DE OCLUSÃO E AUTO PEEP, APRESENTAÇÃO DE CURVAS PRESSÃO X TEMPO, FLUXO X TEMPO, VOLUME X TEMPO, LOOPS PRESSÃO X VOLUME E FLUXO X VOLUME A APRESENTAÇÃO DE GRÁFICOS COM AS TENDÊNCIAS DE NO MÍNIMO 60 HORAS PARA PEEP E CONFORME TODAS AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDA NO TERMO DE REFERÊNCIA DESTE EDITAL.	73.922,43	1	UN	Homologado

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
17/12/2021 - 11:23	EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO 037-2021 - VENTILADOR PULMONAR.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
------	---------	-------



30/12/2021 - 08:48	Negociação aberta para o processo 037/2021	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo 037/2021. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/12/2021 - 09:08	Envio de Propostas Readequadas 037/2021	A data limite de envio de proposta readequada para o fornecedor Leistung Equipamentos Ltda foi definida pelo pregoeiro para 30/12/2021 às 11:08.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor de Referência	Quantidade	Valor Total
--------	---------	------------	--------	-------------------	---------------------	------------	-------------



0001	<p>VENTILADOR PULMONAR ELETRÔNICO CONTROLADO POR MICROPROCESSADOR - Para pacientes neonatais, pediátrico e adultos. possuir os seguintes modos de ventilação ou modos ventilatórios compatíveis: ventilação com volume controlado; ventilação com pressão controlada; ventilação mandatória intermitente sincronizada/ ventilação com suporte de pressão; ventilação com suporte de volume; ventilação com fluxo contínuo, ciclado a tempo e com pressão limitada ou modo volume garantido para pacientes neonatais; ventilação em dois níveis; ventilação não invasiva; pressão positiva contínua nas vias áreas -cpap; ventilação de backup no mínimo nos modos espontâneos; sistema de controles: possuir controle a ajustes para pelo menos os parâmetros com as faixas: pressão controlada e pressão de suporte de no mínimo até 60cmh20; volume corrente de no mínimo entre 5 a 2000ml; frequência respiratória de no mínimo até 100rpm; tempo inspiratório de no mínimo entre 0,3 a 5,0 segundos; peep de no mínimo até 40 cmh20; sensibilidade inspiratória por fluxo de no mínimo entre 0,5 a 2,0ipm; fio2 de mínimo 21 a 100%. sistema de monitorização: tela colorida de no mínimo 12 polegadas touch-screen; monitorização de volume por sensor proximal ou distal para pacientes neonatais e distal para pacientes adultos; principais parâmetros monitorados/calculados: volume corrente exalado, volume corrente inspirado, pressão de pico, pressão de platô, peep, pressão média de vias aéreas, frequência respiratória total e espontânea, tempo inspiratório, tempo expiratório, fio2 com monitoração por sensor para magnético ou ultrassônico ou galvânico, relação i: e, resistência, complacência, pressão de oclusão e auto peep, apresentação de curvas pressão x tempo, fluxo x tempo, volume x tempo, loops pressão x volume e fluxo x volume a apresentação de gráficos com as tendências de no mínimo 60 horas para peep E CONFORME TODAS AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDA NO TERMO DE REFERÊNCIA DESTE EDITAL.</p>	Leistung Equipamentos Ltda	LUFT5 - Reg. nº 80203470015	Leistung/Leistung Equipamentos Ltda	52.000,00	1	52.000,00
------	--	----------------------------	-----------------------------	-------------------------------------	-----------	---	-----------

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de Conhecimento do Edital	Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e que minha proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.



Declaração de Inexistência de Impeditivos	Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
Declaração de Não-Emprego de Menores	Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
Declaração de elaboração independente de proposta	Declaro que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009
Declaração de enquadramento ME/EPP	Declaro que cumpro os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49.
Declaração de Veracidade	Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos 4º e 5º do art. 26 do decreto 10.024/2019.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - VENTILADOR PULMONAR ELETRÔNICO CONTROLADO POR MICROPROCESSADOR - Para pacientes neonatais, pediátrico e adultos. possuir os seguintes modos de ventilação ou modos ventilatórios compatíveis: ventilação com volume controlado; ventilação com pressão controlada; ventilação mandatória intermitente sincronizada/ ventilação com suporte de pressão; ventilação com suporte de volume; ventilação com fluxo contínuo, ciclado a tempo e com pressão limitada ou modo volume garantido para pacientes neonatais; ventilação em dois níveis; ventilação não invasiva; pressão positiva contínua nas vias áreas -cpap; ventilação de backup no mínimo nos modos espontâneos; sistema de controles: possuir controle a ajustes para pelo menos os parâmetros com as faixas: pressão controlada e pressão de suporte de no mínimo até 60cmh20; volume corrente de no mínimo entre 5 a 2000ml; frequência respiratória de no mínimo até 100rpm; tempo inspiratório de no mínimo entre 0,3 a 5,0 segundos; peep de no mínimo até 40 cmh20; sensibilidade inspiratória por fluxo de no mínimo entre 0,5 a 2,0ipm; fio2 de mínimo 21 a 100%. sistema de monitorização: tela colorida de no mínimo 12 polegadas touch-screen; monitorização de volume por sensor proximal ou distal para pacientes neonatais e distal para pacientes adultos; principais parâmetros monitorados/calculados: volume corrente exalado, volume corrente inspirado, pressão de pico, pressão de platô, peep, pressão média de vias aéreas, frequência respiratória total e espontânea, tempo inspiratório, tempo expiratório, fio2 com monitoração por sensor para magnético ou ultrassônico ou galvânico, relação i: e, resistência, complacência, pressão de oclusão e auto peep, apresentação de curvas pressão x tempo, fluxo x tempo, volume x tempo, loops pressão x volume e fluxo x volume a apresentação de gráficos com as tendências de no mínimo 60 horas para peep E CONFORME TODAS AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDA NO TERMO DE REFERÊNCIA DESTE EDITAL.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Leistung Equipamentos Ltda	04.187.384/0001-54	22/12/2021 - 14:23:02	LUFT5 - Reg. nº 80203470015	Leistung/Leistung Equipamentos Ltda	1	R\$60.000,00	R\$ 60.000,00	Não
PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	34.444.108/0001-95	28/12/2021 - 17:39:22	SERVO CARMEL	KTK	1	R\$73.900,00	R\$ 73.900,00	Sim
Magmamed Tecnologia Médica S/A	01.298.443/0002-54	29/12/2021 - 10:49:17	Fleximag MAX 500	Magnamed	1	R\$73.900,00	R\$ 73.900,00	Não
Intermed Equipamento Medico Hospitalar Ltda.	49.520.521/0001-69	29/12/2021 - 10:53:42	IX5	INTERMED	1	R\$69.000,00	R\$ 69.000,00	Não
SAFE SUPORTE A VIDA E COMERCIO INTERNACIONAL LTDA.	08.675.394/0001-90	29/12/2021 - 15:47:02	SV300	MINDRAY	1	R\$86.157,00	R\$ 86.157,00	Não
BH LABORATORIOS LTDA	22.283.196/0001-01	29/12/2021 - 16:42:40	RUAH	CMOS DRAKE	1	R\$73.922,00	R\$ 73.922,00	Sim
HOSPITALAB COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS EIRELI	42.211.523/0001-27	30/12/2021 - 06:09:39	CARMEL	KTK	1	R\$73.900,00	R\$ 73.900,00	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
BH LABORATORIOS LTDA	22.283.196/0001-01	60 dias
Intermed Equipamento Medico Hospitalar Ltda.	49.520.521/0001-69	60 dias
Leistung Equipamentos Ltda	04.187.384/0001-54	060 dias
Magmamed Tecnologia Médica S/A	01.298.443/0002-54	60 dias
PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	34.444.108/0001-95	90 dias



Lances Enviados

0001 - VENTILADOR PULMONAR ELETRÔNICO CONTROLADO POR MICROPROCESSADOR - Para pacientes neonatais, pediátrico e adultos. possuir os seguintes modos de ventilação ou modos ventilatórios compatíveis: ventilação com volume controlado; ventilação com pressão controlada; ventilação mandatória intermitente sincronizada/ ventilação com suporte de pressão; ventilação com suporte de volume; ventilação com fluxo contínuo, ciclado a tempo e com pressão limitada ou modo volume garantido para pacientes neonatais; ventilação em dois níveis; ventilação não invasiva; pressão positiva contínua nas vias áreas -cpap; ventilação de backup no mínimo nos modos espontâneos; sistema de controles: possuir controle a ajustes para pelo menos os parâmetros com as faixas: pressão controlada e pressão de suporte de no mínimo até 60cmh20; volume corrente de no mínimo entre 5 a 2000ml; frequência respiratória de no mínimo até 100rpm; tempo inspiratório de no mínimo entre 0,3 a 5,0 segundos; peep de no mínimo até 40 cmh20; sensibilidade inspiratória por fluxo de no mínimo entre 0,5 a 2,0ipm; fio2 de mínimo 21 a 100%. sistema de monitorização: tela colorida de no mínimo 12 polegadas touch-screen; monitorização de volume por sensor proximal ou distal para pacientes neonatais e distal para pacientes adultos; principais parâmetros monitorados/calculados: volume corrente exalado, volume corrente inspirado, pressão de pico, pressão de platô, peep, pressão média de vias aéreas, frequência respiratória total e espontânea, tempo inspiratório, tempo expiratório, fio2 com monitoração por sensor para magnético ou ultrassônico ou galvânico, relação i: e, resistência, complacência, pressão de oclusão e auto peep, apresentação de curvas pressão x tempo, fluxo x tempo, volume x tempo, loops pressão x volume e fluxo x volume a apresentação de gráficos com as tendências de no mínimo 60 horas para peep E CONFORME TODAS AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDA NO TERMO DE REFERÊNCIA DESTE EDITAL.

Data	Valor	CNPJ	Situação
22/12/2021 - 14:23:02	60.000,00 (proposta)	04.187.384/0001-54 - Leistung Equipamentos Ltda	Válido
28/12/2021 - 17:39:22	73.900,00 (proposta)	34.444.108/0001-95 - PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Válido
29/12/2021 - 10:49:17	73.900,00 (proposta)	01.298.443/0002-54 - Magmamed Tecnologia Médica S/A	Válido
29/12/2021 - 10:53:42	69.000,00 (proposta)	49.520.521/0001-69 - Intermed Equipamento Medico Hospitalar Ltda.	Válido
29/12/2021 - 15:47:02	86.157,00 (proposta)	08.675.394/0001-90 - SAFE SUPORTE A VIDA E COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA.	Válido
29/12/2021 - 16:42:40	73.922,00 (proposta)	22.283.196/0001-01 - BH LABORATORIOS LTDA	Válido
30/12/2021 - 06:09:39	73.900,00 (proposta)	42.211.523/0001-27 - HOSPITALAB COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS EIRELI	Válido
30/12/2021 - 08:39:00	73.800,00	01.298.443/0002-54 - Magmamed Tecnologia Médica S/A	Válido
30/12/2021 - 08:39:10	59.400,00	49.520.521/0001-69 - Intermed Equipamento Medico Hospitalar Ltda.	Válido
30/12/2021 - 08:39:34	56.000,00	04.187.384/0001-54 - Leistung Equipamentos Ltda	Válido
30/12/2021 - 08:41:03	55.500,00	22.283.196/0001-01 - BH LABORATORIOS LTDA	Válido
30/12/2021 - 08:41:35	52.000,00	04.187.384/0001-54 - Leistung Equipamentos Ltda	Válido
30/12/2021 - 08:46:30	68.000,00	01.298.443/0002-54 - Magmamed Tecnologia Médica S/A	Válido

Documentos dos Fornecedores

Fornecedor	Data/Hora	Enviado por	Número	Órgão de Expedição	Data de Expedição	Dt. de Validade	Arquivo
Leistung Equipamentos Ltda	22/12/2021 - 14:16	Marcelo Javier Fernandez	7979585	SSPSC	16/10/2017	-	RG
Leistung Equipamentos Ltda	22/12/2021 - 14:16	Marcelo Javier Fernandez	83165118000	-	-	-	CPE
Leistung Equipamentos Ltda	22/12/2021 - 14:16	Marcelo Javier Fernandez	0418738400015	RECEITA FEDERAL	20/12/2021	-	CNPJ



Leistung Equipamentos Ltda	22/12/2021 - 14:17	Marcelo Javier Fernandez	-	MINISTERIO DA FAZENDA	23/09/2021	22/03/2022	Certidão Negativa de Dívida Ativa da União
Leistung Equipamentos Ltda	22/12/2021 - 14:17	Marcelo Javier Fernandez	-	-	21/05/2020	-	Requerimento Empresarial ou Contrato Social e Aditivos
Leistung Equipamentos Ltda	22/12/2021 - 14:18	Marcelo Javier Fernandez	202112180043320004899	ECONOMICA FEDERAL	20/12/2021	16/01/2022	Certificado de Regularidade junto ao FGTS
Leistung Equipamentos Ltda	22/12/2021 - 14:18	Marcelo Javier Fernandez	44977041/2021	JUSTIÇA DO TRABALHO	29/10/2021	26/04/2022	Certidão Negativa de Débitos Trabalhista
Leistung Equipamentos Ltda	22/12/2021 - 14:19	Marcelo Javier Fernandez	2101401831699	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	20/12/2021	18/02/2022	Certidão Negativa de Débitos Estaduais
Leistung Equipamentos Ltda	22/12/2021 - 14:19	Marcelo Javier Fernandez	-	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	20/12/2021	18/02/2022	Certidão Negativa de Débitos Municipais
Leistung Equipamentos Ltda	22/12/2021 - 14:20	Marcelo Javier Fernandez	9056723	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA	20/12/2021	-	Certidão Negativa de Falência ou Concordata
Leistung Equipamentos Ltda	22/12/2021 - 14:21	Marcelo Javier Fernandez	-	DIVERSOS	01/01/2021	-	Atestado de Capacidade Técnica

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
30/12/2021 - 10:09	--	--

Chat

Data	Apelido	Frase
30/12/2021 - 08:32:55	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
30/12/2021 - 08:35:01	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
30/12/2021 - 08:35:01	Sistema	Conforme Art. 32 do Decreto 10.024/2019, de que trata o inciso I do caput do art. 31. No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
30/12/2021 - 08:35:01	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 10,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
30/12/2021 - 08:35:01	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
30/12/2021 - 08:36:07	Pregoeiro	BOM DIA A TODOS OS LICITANTES
30/12/2021 - 08:36:39	Pregoeiro	REITERO QUE OS LICITANTES QUE REDUZIREM SUAS PROPOSTAS A PREÇOS INEXEQUÍVEIS, PEDIREM DESISTÊNCIA DE SUAS PROPOSTAS APÓS INICIADA A FASE DE LANCES, SE RECUSAREM A CELEBRAR A ARP, OU MESMO SE RECUSEM A FORNECER OS ITENS SOB ALEGAÇÃO DE ALTERAÇÃO NÃO COMPROVADA DE PREÇO, ESTARÁ PASSÍVEL DE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE PODERÁ CULMINAR NA APLICAÇÃO DAS PENALIDADES PREVISTAS NO ARTIGO 7º DA LEI 10.520/2002, DENTRE AS QUAIS A DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE, PENALIDADE ESTA QUE IMPEDIRÁ O LICITANTE DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO EM QUALQUER DAS SUAS ESFERAS, NÃO SÓ MUNICIPAL
30/12/2021 - 08:37:08	Pregoeiro	POR FIM, RESSALTO QUE OS LICITANTES QUE APRESENTAREM PREÇOS MUITO AQUÉM DOS VALORES DE REFERÊNCIA DESTA CERTAME PODERÃO SER NOTIFICADOS A APRESENTAR A EXEQUILIBRAÇÃO DE SUAS PROPOSTAS, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
30/12/2021 - 08:38:19	Pregoeiro	VAMOS INICIAR A FASE DE LANCES, BOA SORTE A TODOS
30/12/2021 - 08:38:35	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
30/12/2021 - 08:38:35	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
30/12/2021 - 08:48:35	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
30/12/2021 - 08:48:46	Sistema	O item 0001 teve como arrematante Leistung Equipamentos Ltda - Ltda/Eireli com lance de R\$ 52.000,00.
30/12/2021 - 08:49:25	Pregoeiro	IREMOS ANALISAR A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO, POR FAVOR PERMANENÇAM ONLINE
30/12/2021 - 09:08:17	Pregoeiro	iremos abrir prazo para o licitante vencedor mandar sua proposta readequada via sistema
30/12/2021 - 09:08:38	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o fornecedor Leistung Equipamentos Ltda foi definida pelo pregoeiro para 30/12/2021 às 11:08.



30/12/2021 - 09:09:10	Pregoeiro	Se a empresa Leistung Equipamentos Ltda estiver online, por favor preencha a proposta readequada via sistema
30/12/2021 - 09:37:20	Sistema	O fornecedor Leistung Equipamentos Ltda enviou uma nova proposta readequada.
30/12/2021 - 09:39:12	Sistema	O prazo de envio de proposta readequada para o fornecedor Leistung Equipamentos Ltda foi encerrado pelo pregoeiro.
30/12/2021 - 09:39:12	Sistema	Motivo: O fornecedor já enviou proposta readequada
30/12/2021 - 09:39:21	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Leistung Equipamentos Ltda.
30/12/2021 - 09:39:32	Pregoeiro	abriremos prazo para intenção de recursos.
30/12/2021 - 09:39:57	Sistema	A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 30/12/2021 às 10:09.
30/12/2021 - 10:10:53	Pregoeiro	Declaro encerrada a sessão.
30/12/2021 - 10:10:59	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
30/12/2021 - 10:11:12	Sistema	O item 0001 foi adjudicado por Ayrton Roosevelt Azevedo de Medeiros.
30/12/2021 - 10:13:14	Sistema	O item 0001 foi homologado por Saint Clay Alcântara Silva de Medeiros.

Ayrton Roosevelt Azevedo de Medeiros
Pregoeiro

Alex Silva de Azevêdo
Apoio

Lázaro Washington Toscano Barros
Apoio

