

# ATA DE PROPOSTAS

Prefeitura Municipal de Florânia

Prefeitura Municipal de Florânia

Pregão Eletrônico - 037/2021

## Declarações obrigatórias

Título	Descrição
Declaração de Conhecimento do Edital	Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e que minha proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.
Declaração de Inexistência de Impeditivos	Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
Declaração de Não-Emprego de Menores	Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
Declaração de elaboração independente de proposta	Declaro que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009
Declaração de enquadramento ME/EPP	Declaro que cumpro os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49.
Declaração de Veracidade	Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verdadeiras, conforme parágrafos 4º e 5º do art. 26 do decreto 10.024/2019.

\* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

## Propostas Enviadas

**0001 - VENTILADOR PULMONAR ELETRÔNICO CONTROLADO POR MICROPROCESSADOR - Para pacientes neonatais, pediátrico e adultos. possuir os seguintes modos de ventilação ou modos ventilatórios compatíveis: ventilação com volume controlado; ventilação com pressão controlada; ventilação mandatória intermitente sincronizada/ ventilação com suporte de pressão; ventilação com suporte de volume; ventilação com fluxo contínuo, ciclado a tempo e com pressão limitada ou modo volume garantido para pacientes neonatais; ventilação em dois níveis; ventilação não invasiva; pressão positiva contínua nas vias aéreas -cpap; ventilação de backup no mínimo nos modos espontâneos; sistema de controles: possuir controle a ajustes para pelo menos os parâmetros com as faixas: pressão controlada e pressão de suporte de no mínimo até 60cmh20; volume corrente de no mínimo entre 5 a 2000ml; frequência respiratória de no mínimo até 100rpm; tempo inspiratório de no mínimo entre 0,3 a 5,0 segundos; peep de no mínimo até 40 cmh20; sensibilidade inspiratória por fluxo de no mínimo entre 0,5 a 2,0lpm; fio2 de mínimo 21 a 100%. sistema de monitorização: tela colorida de no mínimo 12 polegadas touch-screen; monitorização de volume por sensor proximal ou distal para pacientes neonatais e distal para pacientes adultos; principais parâmetros monitorados/calculados: volume corrente exalado, volume corrente inspirado, pressão de pico, pressão de platô, peep, pressão média de vias aéreas, frequência respiratória total e espontânea, tempo inspiratório, tempo expiratório, fio2 com monitoração por sensor para magnético ou ultrassônico ou galvânico, relação i: e, resistência, complacência, pressão de oclusão e auto peep, apresentação de curvas pressão x tempo, fluxo x tempo, volume x tempo, loops pressão x volume e fluxo x volume a apresentação de gráficos com as tendências de no mínimo 60 horas para peep E CONFORME TODAS AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDA NO TERMO DE REFERÊNCIA DESTE EDITAL.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Leistung Equipamentos Ltda	04.187.384/0001-54	22/12/2021 - 14:23:02	LUFT5 - Reg. nº 80203470015	Leistung/Leistung Equipamentos Ltda	1	R\$60.000,00	R\$ 60.000,00	Não
PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	34.444.108/0001-95	28/12/2021 - 17:39:22	SERVO CARMEL	KTK	1	R\$73.900,00	R\$ 73.900,00	Sim
Magmamed Tecnologia Médica S/A	01.298.443/0002-54	29/12/2021 - 10:49:17	Fleximag MAX 500	Magmamed	1	R\$73.900,00	R\$ 73.900,00	Não
Intermed Equipamento Medico Hospitalar Ltda.	49.520.521/0001-69	29/12/2021 - 10:53:42	IX5	INTERMED	1	R\$69.000,00	R\$ 69.000,00	Não
SAFE SUPORTE A VIDA E COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA.	08.675.394/0001-90	29/12/2021 - 15:47:02	SV300	MINDRAY	1	R\$86.157,00	R\$ 86.157,00	Não
BH LABORATORIOS LTDA	22.283.196/0001-01	29/12/2021 - 16:42:40	RUAH	CMOS DRAKE	1	R\$73.922,00	R\$ 73.922,00	Sim



## Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
BH LABORATORIOS LTDA	22.283.196/0001-01	60 dias
Intermed Equipamento Medico Hospitalar Ltda.	49.520.521/0001-69	60 dias
Leistung Equipamentos Ltda	04.187.384/0001-54	060 dias
Magmamed Tecnologia Médica S/A	01.298.443/0002-54	60 dias
PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	34.444.108/0001-95	90 dias
SAFE SUPORTE A VIDA E COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA.	08.675.394/0001-90	60 dias
HOSPITALAB COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS EIRELI	42.211.523/0001-27	60 dias

---

Fornecedores divulgados.

---

Ayrton Roosevelt Azevedo de Medeiros  
Pregoeiro

---

Alex Silva de Azevêdo  
Apoio

---

Lázaro Washington Toscano Barros  
Apoio

